

試驗報告

土城場區

報告編號： TFF13C0152

發行日期： 2024/03/22

收件/試驗起始日期：

2024/03/14

報告頁次/頁數：

1/2

報告抬頭：神鏈醫療器材有限公司(U4703)

地址：新北市新莊區中正路 659 之 3 號 10 樓

試件類別：口罩

數量：1 件

來文字號：--

依委託者所提供來樣資料為：

樣品 1：

神達 TN95 醫用口罩-成人立體 (未滅菌)



試驗結果：

試驗項目		試驗結果			試驗方法
		樣品 1			
		過濾效率(%)	吸氣阻抗(Pa)	呼氣阻抗(Pa)	
粒狀物過濾效率 NaCl(0.075 μ m,CMD)	1	97.50	56.84	57.82	CNS 14774 T5017- 2022 9.3(b)/CNS 14774 T5017-2022 9.6/CNS 14755 Z2125-2022 8.2 85.1 L/min
	2	97.76	55.86	56.84	
	3	97.96	55.86	54.88	
	4	98.02	57.82	57.82	
	5	97.65	56.84	55.86	
	6	97.14	52.92	51.94	
	7	97.44	53.90	52.92	
	8	97.92	53.90	52.92	
	9	97.90	54.88	53.90	
	10	97.31	52.92	53.90	
	平均	97.66	55.17	54.88	

註: 1 mmH₂O=9.8 Pa。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人

檢測及驗證部
主任 高瑞宏



TFF13C0152

試驗報告

土城場區

報告編號： TFF13C0152

發行日期： 2024/03/22

收件/試驗起始日期： 2024/03/14

報告頁次/頁數： 2/2

樣品圖片：



-- 結束 --



TFF13C0152